

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпили въпроси по Публична обява № 8/23.03.2021 г. с предмет „Доставка на единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“, реализирана в рамките на проект № BGLD-1.001-0001 „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвимите групи“.

По публикувана Публична обява № 8/23.03.2021 г. с предмет „Доставка на единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“ са постъпили следните въпроси:

1. В документ „Техническо задание за единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“, т.5 Нефункционални изисквания, подточка 5.1. Авторски права – под каква форма се изисква получаването на авторски права върху единната система? Предоставянето на лиценз за ползване и/или надграждане би ли покрито изискванията на тази точка?
2. В документ „Техническо задание за единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“, т.6 Хардуерни изисквания, подточка 6.2.1. I-ви тип – има изискване за максимално тегло – до 55 гр., моля да потвърдите дали този грамаж е правилен, тъй като на пазара няма устройства, които да изпълняват всички заложи изисквания и да отговарят на този грамаж с включена батерия. Смятаме, че грамажът посочен в т.6.2.2. за устройство от II-ри тип е по-реалистично.
3. В документ „Техническо задание за единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“, т.6 Хардуерни изисквания, подточка 6.2.2. II-ри тип – има изискване за измерване на ЕКГ – минимум 3 канално. На пазара няма персонално устройство, предназначено за перманентно носене на тялото, което да измерва ЕКГ чрез 3 канала. Моля да потвърдите, че персонално устройство, което измерва ЕКГ чрез 1 канал също би отговорило на техническите изисквания.

Отговори:

Въпрос 1:

Предоставянето на лиценз за ползване и надграждане на единната система безспорно е неделима част от авторското право върху същата, но то включва също така и правото на Възложителя да използва свободно тази система, без съгласието на автора и без за това да има задължение да му заплаща възнаграждение извън уговореното по възлагателния договор, сключен с избрания изпълнител по настоящата процедура.

Въпрос 2:

Потвърждаваме, че всички минимални изисквания, на които трябва да отговаря устройство I-ви тип, са посочени в Техническото задание, т. 6.2.1.

Въпрос 3:

Потвърждаваме, че всички минимални изисквания, на които трябва да отговаря устройство II-ви тип, са посочени в Техническото задание, т. 6.2.2.

**С уважение,
Екип за управление на проекта**